

DPD TESTER Cl/pH - Testovací souprava pomocí tablet.

Návod k použití:

1. Vypláchnete komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat.
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu).
3. **Chlór test** - přidejte tabletu DPD No.1. Tablety se nedotýkejte prsty.
4. **pH test** - přidejte tabletu DPD PHENOL RED. Tablety se nedotýkejte prsty.
5. Nasadte krytku na testovací komory a opakovaně zamíchejte.
6. Po úplném rozpuštění DPD tablet porovnejte zbarvení testované vody se stupnicí CL a pH hodnot.

Doporučené hodnoty: Cl - 0,5 mg/l, pH - 6,9 - 7,4.

Poznámka: Voda by měla být nabíraná 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu.

Chlór testem se zjistí zda je v bazénu dostatečné množství Chlóru na zničení bakterií a řas.

pH testem se zjišťuje pH vody (kyselost, zásaditost)

Důležité: Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie.

Tester skladujte na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché.